

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI PER LE RADIOLOGIE DIAGNOSTICHE DELL'AZIENDA USL DI RIMINI. BASE D'ASTA DELL'APPALTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI EUR 1.884.000,00.

CIG 5516228758 LOTTO 1 DI EURO 693.000,00 IVA ESCLUSA

CIG 5516246633 LOTTO 2 DI EURO 459.000,00 IVA ESCLUSA

CIG 5516254CCB LOTTO 3 DI EURO 732.000,00 IVA ESCLUSA

CHIARIMENTO 7 DEL 11/02/2014

DOMANDA	CHIARIMENTO 7
<p>Punto 1 <i>“Nell’art. 2 di pagina 40 del disciplinare di gara viene richiesta la formulazione di un’offerta di manutenzione e assistenza tecnica in modalità Full risk dove vengono indicate tra le componenti comprese nel contratto “vetri inclusi”. Si prega di voler meglio specificare a quale componenti questa denominazione faccia riferimento”.</i></p>	<p>Risposta punto 1 Per manutenzione full risk vetri inclusi deve intendersi, come indicato nell'art.2 pag. 40 del documento “DISCIPLINARE E ALL A CAP TECNICO SISTEMI DI RADIOLOGIA DIAGNOSTICA” una modalità di manutenzione omnicomprensiva estesa senza esclusioni di sorta a tutto il sistema compreso il materiale usurabile e di consumo eccezion fatta per il solo materiale monouso e monopaziente. In particolare con il termine “vetri inclusi” si fa riferimento ai tubi RX che pure devono essere compresi nel contratto senza limitazioni o condizioni.</p>